

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUD. DÂMBOVIȚA
Târgoviște, str. T. Vladimirescu, nr. 15-19, DÂMBOVIȚA
cod 130095, tel. fax 0245.613604, 611067

LABORATORUL DE IGIENA
RADIAȚIILOR
Ploiești, str. Transilvaniei, nr. 2, PRAHOVA
cod 100179, tel. 0244.543433, 543818

În baza Legii 95/2006 privind asistența de sănătate publică, a prevederilor Legii 111/1996 cu modificările ulterioare, a Normelor generale de protecție a muncii-2003, a Normelor sanitare de bază pentru desfășurarea în siguranță a activităților nucleare-Ordinul 381/2004 al ministrului sănătății, modificate prin Ordinul 1045/2010 al ministrului sănătății și a Ordinului M.S. 431/2004 privind organizarea și funcționarea laboratoarelor și compartimentelor de Igiena radiațiilor ionizante aflate în rețeaua Ministerului Sănătății Publice, în urma analizării documentației depuse la D.S.P. Prahova de către S.C. MECANPETROL S.A. , înregistrată la BAA -D.S.P.Prahova cu nr.1355 din 23.08.2012, constatând că sunt îndeplinite prevederile legale, conform referatului de evaluare cu nr. 360/28.08.2012, întocmit de Dr.Ștefan Elisa, se eliberează:

AUTORIZAȚIA SANITARĂ Nr. 736 / 28.08.2012

1. INSTITUȚIA/SOCIETATEA: **S.C. MECANPETROL S.A.**
Adresa : Găești, str.Șos.București-Pitești, km.70, tel.0245.711639, jud.Dâmbovița

2. OBIECTIV AUTORIZAT : **LABORATOR CND GAMMA**
Adresa : Găești, str.Șos.București-Pitești, km.70, tel.0245.711639, jud.Dâmbovița

3. PRACTICI/ACTIVITĂȚI NUCLEARE AUTORIZATE :
UTILIZARE-FUNCȚIONARE

Autorizația este emisă în baza documentației prezentată și înregistrată la Biroul pentru Avize și Autorizații Sanitare din D.S.P.Prahova; prevederile din anexă (verso) fac parte integrantă din autorizație.

Orice modificare față de documentația pe baza căreia s-a emis autorizația atrage automat anularea autorizației, dacă nu a fost anunțată și aprobată în prealabil de către emitent.

Retragerea autorizației CNCAN de utilizare atrage automat și suspendarea autorizației sanitare, până la reconsiderarea situației.

**PREZENTA AUTORIZAȚIE INTRĂ ÎN VIGOARE LA DATA DE 04.09.2012
ȘI SE VIZEAZĂ ANUAL, ÎN LUNA EMITERII**

p. Director executiv,
Dr. SORIN STOICA



Laborator Igiena Radiațiilor,
Dr. ELISA ȘTEFAN

p. Director
Dr. SORIN STOICĂ



Laborator Igiena Radiațiilor,
Dr. ELISA ȘTEFAN

ANEXĂ LA AUTORIZAȚIA SANITARĂ Nr. 736 / 29.08.2012

Condiții a căror neîndeplinire conduce la anularea automată a autorizației :

1. Instalația radiologică din dotare este de tip GDP-U2, cu seria containerului 6339M, cu sursă închisă de Ir 192, cu activitate maximă de 2 TBq;
2. Aparatura de control dozimetric din dotare :
 - radiodebitmetru tip GRAETZ X5C;
 - avertizor de radiații cu prag tip ARPF6;
 - dozimetre individuale digitale cu prag de alarmare tip DMC 2000 S ;
3. Titularul autorizației va asigura efectuarea controlului medical al personalului expus profesional la radiații ionizante, la angajare și periodic, conform prevederilor legale în vigoare-Ordinul M.S. nr. nr. 944/1032/2004, H.G. nr. 355/2007 și HG 1169/2011;
4. Laboratorul CND funcționează cu 2 salariați ; se vor notifica trimestrial la D.S.P. Dâmbovița modificările intervenite în structura personalului expus profesional la radiații ionizante ;
5. Se va raporta la D.S.P. Prahova-Laborator Igiena Radiațiilor orice incident radiologic în urma căruia ar fi putut rezulta o supraexpunere la radiații ionizante a personalului expus profesional la radiații sau a persoanelor din populație (Ordin CNCAN nr.14/2000, art.22) ;
6. Se vor respecta prevederile legale în vigoare din domeniul nuclear.

Începând cu data prezentei, ASF nr.57/2007 își încetează valabilitatea.

Prezenta autorizație se vizează anual, cf. Ordinului M.S. nr.1045/2010

Referat evaluare :	Referat evaluare :	Referat evaluare :	Referat evaluare :	Referat evaluare :
469, 30.08.2013	530, 21.08.2014	517, 20.08.2015	648, 16.09.2016	
Efectuat de : <i>Dr. Ștefan Elisa</i>	Efectuat de : <i>Dr. Ștefan Elisa</i>	Efectuat de : <i>Dr. Ștefan Elisa</i>	Efectuat de : <i>Dr. Ștefan Elisa</i>	Efectuat de :
DIRECTOR EXECUTIV	DIRECTOR EXECUTIV	DIRECTOR EXECUTIV	DIRECTOR EXECUTIV	DIRECTOR EXECUTIV